


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО СТЕРЖНЯ L (ММ)
ПОГРУЖНОГО ДАТЧИКА SPO 42 с закрежкой MUT 11А



Измерение O_2 : мин. $H_p=50$ мм

$$L = 120 + V_z + V_h + H_p - 135$$

Измерение pH, ОВП, удельной проводимости: мин. $H_p=65$ мм

$$L = 120 + V_z + V_h + H_p - 195$$