



MFD 88 – ozon



PŘIPOJENÍ ČIDLA MĚŘENÍ OZONU



ZAPOJENÍ ANALOGOVÝCH VÝSTUPŮ - příklad

VÝST. SVORKA	VÝSTUP	VELIČINA
18 19	1	OZON 1
20 21	2	OZON 2
22 23	3	TEPLOTA 1
24 25	4	TEPLOTA 2

Z	ZELENÝ
Č	ČERNÝ
R	RŮŽOVÝ
Ž	ŽLUTÝ

PROPOJENÍ PŘEVODNÍKU SE SNÍMAČI - 2x měření chloru (a teploty) - příklad

VSTUP. SVORKA	MFD 88	SNÍMAČ	VELIČINA	
14	VSTUP 1	2	OZON 1, TEPLOTA 1	SNÍMAČ 1
15	VSTUP 1	1	OZON 1, TEPLOTA 1	
16	VSTUP 2	2	OZON 2, TEPLOTA 2	SNÍMAČ 2
17	VSTUP 2	1	OZON 2, TEPLOTA 2	

Obr. 2. MFD 88 – ozon – schéma propojení